

ELENCO CODICI ERRORE

Flusso informativo dei dati relativi alle Apparecchiature Sanitarie localizzate presso strutture direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale e nelle strutture private

Marzo 2015

Versione 1.2

Elenco Codici Errore

Legenda

Le sigle riportate nella colonna “Codice” rappresentano le sigle concordate per identificare i singoli errori/scarti.

Tali codici sono costituiti generalmente da 6-7 caratteri, dove:

- il **primo** carattere classifica l’errore in base alla sua tipologia (es.: **D** per dominio, **B** per business, **G** per generico, **O** per obbligatorietà).
- i **3 o 4** caratteri successivi al primo costituiscono un codice che identifica l’area specifica del flusso informativo al quale appartengono i dati sui quali sono riscontrabili tali errori (es.: LOC per dati di localizzazione, RMN per dati di configurazione per le apparecchiature di risonanza magnetica).
- gli ultimi **2** caratteri rappresentano un progressivo numerico, utile a distinguere gli errori appartenenti alla stessa sezione.

Classificazione degli errori

Gli errori di **dominio** esprimono la non presenza (o non validità) nella rispettiva anagrafica del valore in esame.

Gli errori di **business** rappresentano la non ottemperanza alle regole logiche definite.

Degli errori **generici** fanno parte tutte quelle anomalie o discrepanze che possono rendere non idonei i dati del flusso all’acquisizione nel sistema.

Infine, gli errori di **obbligatorietà** sono concepiti per segnalare la completa assenza di un determinato valore all’interno del flusso informativo.

Aree del flusso informativo

Nella seconda colonna “Tipo dimensione” viene indicata la sezione specifica propria dei dati del flusso per cui un dato errore può essere riscontrato.

1.1 Storia del documento

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
1.0	Luglio 2014	
1.1	Dicembre 2014	Eliminati controlli di obbligatorietà : OLOC05 → Deominazione Unità Organizzativa OCAR06 → Serial Number
1.2	Marzo 2015	Aggiunti i controlli generici sulle caratteristiche di TAC e RNM: GTAC21 e GTAC22 GRMN39 e GRMN40 Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation

Elenco Codici Errore

		post elaborazione ed i campi Workstation post elaborazione "stand alone" e Workstation post elaborazione "client server"
--	--	--

1.2 Tabella codici errori di dominio

Codice	Tipo dimensione	Tipo Apparecchiatura	Descrizione	Dettaglio
DLOC01	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Regione	Il valore nel campo "cod_reg" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO A
DLOC02	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Azienda Sanitaria	Il valore nel campo "cod_as" non è presente nell'insieme dei valori ammessi
DLOC03	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Tipologia Struttura	Il valore nel campo "cod_tip_str" non è presente nell'insieme di valori ammessi in Allegato B
DAPP01	APPARECCHIATURA	ALL	Codice Tecnologia Apparecchiatura	Il valore nel campo "cod_tecnologia_app" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato C
DACQ01	ACQUISIZIONE	ALL	Codice provenienza dell'apparecchiatura acquisita	Il valore nel campo "cod_provenienza" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AI
DACQ03	ACQUISIZIONE	ALL	Codice tipologia di contratto	Il valore nel campo "cod_tip_contratto" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AL
DACQ08	ACQUISIZIONE	ALL	Codice Disponibilità apparecchiatura	Il valore nel campo "cod_disp_app_locaz" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO AP
DACQ09	ACQUISIZIONE	ALL	Codice forma di negoziazione	Il valore nel campo "cod_forma_neg" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AM
DACQ10	ACQUISIZIONE	ALL	Codice ambito di valenza del contratto	Il valore nel campo "cod_abito_val" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AN
DACQ14	ACQUISIZIONE	ALL	Codice modalità di finanziamento	Il valore nel campo "cod_modalita_fin" non è presente nell'insieme dei valori

Elenco Codici Errore

				ammessi in Allegato AO
DACQ23	ACQUISIZIONE	ALL	Tipologie di materiali di consumo - Dispositivi Medici	Il valore nel campo "cnd" non è presente nell'insieme dei valori ammessi nelle anagrafiche di riferimento della CND (massimo dettaglio disponibile).
DACQ24	ACQUISIZIONE	ALL	Tipologie di materiali di consumo - Medicinali	Il valore nel campo "atc" non è presente nell'insieme dei valori ammessi nella anagrafiche di riferimento degli ATC (massimo dettaglio disponibile).
DACQ33	ACQUISIZIONE	ALL	Tipo di contratto di manutenzione stipulato al momento dell'acquisizione	Il valore nel campo "cod_tipo_contratto" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO AQ
DACQ36	ACQUISIZIONE	ALL	Sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto di manutenzione stipulato al momento dell'acquisizione	Il valore nel campo "cod_sost_tubo_rad" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO AR
DGEST05	GESTIONE	ALL	Codice tipo contratto	Il valore nel campo "cod_tipo_contr" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO AQ
DGEST07	GESTIONE	ALL	Codice che identifica se le sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto sono limitate o illimitate	Il valore nel campo "cod_sost_tubo_rad" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO AR
DCAR01	CARATTERISTICHE	ALL	Numero Repertorio	Il valore nel campo "num_rep" non è presente nell'insieme dei valori ammessi del Repertorio dei Dispositivi Medici
DCAR08	CARATTERISTICHE	ALL	Codice modalità di utilizzazione	Il valore nel campo "cod_mod_util" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO D
DCAR09	CARATTERISTICHE	ALL	Codice che identifica se l'apparecchiatura è usata o nuova	Il valore nel campo "cod_app_n_u" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO E

Elenco Codici Errore

DCAR10	CARATTERISTICHE	ALL	Codice Apparecchiatura Usata	Il valore nel campo "cod_app_usata" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in ALLEGATO F
--------	-----------------	-----	------------------------------	--

1.3 *Tabella codici errori di business*

Codice	Tipo Dimensione	Tipo apparecchiatura	Descrizione	Dettaglio
BLOC02	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Azienda Sanitaria	L'Azienda Sanitaria indicata ("cod_as") non è un' azienda presente nella regione di riferimento
BLOC03	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Struttura	Il campo "cod_str" è obbligatorio se indicata la tipologia struttura ("cod_tip_str")
BLOC04	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Struttura	La Struttura indicata ("cod_str") non è una struttura presente nella regione di riferimento
BLOC05	LOCALIZZAZIONE	ALL	Codice Struttura	La Struttura indicata ("cod_str") non è una struttura che fa capo all'Azienda Sanitaria indicata
BCAR01	CARATTERISTICHE	ALL	Denominazione Fabbricante	Il campo "fabbr" è obbligatorio se il Numero di Repertorio ("num_rep") = 0000
BCAR02	CARATTERISTICHE	ALL	Nome commerciale e Modello	Il campo "nome_mod" è obbligatorio se il Numero di Repertorio ("num_rep") = 0000
BCAR03	CARATTERISTICHE	ALL	Codice Apparecchiatura Usata	Il campo "cod_app_usata" è obbligatorio se campo "cod_app_n_u" = 'usata'
BCAR04	CARATTERISTICHE	ALL	Intervento di Upgrade	Il campo "data_coll_up" è obbligatorio se presente un intervento di upgrade
BCAR05	CARATTERISTICHE	ALL	Intervento di Upgrade	Il campo "val_eco" è obbligatorio se presente un intervento di upgrade
BACQ03	ACQUISIZIONE	ALL	Codice tipologia di contratto	Il campo "cod_tip_contratto" è obbligatorio se campo "cod_provenienza" = 'ALN-Acquisto/leasing/locazione/donazione'
BACQ04	ACQUISIZIONE	ALL	Durata del contratto	Il campo "durata_contratto" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" è diverso da 'CD-Contratto di donazione (art. 769 C.C.)'

Elenco Codici Errore

				e 'CA-Contratto di acquisto (art.1470-1547 C.C.)'
BACQ05	ACQUISIZIONE	ALL	Data di aggiudicazione definitiva	Il campo "data_aggiud" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" è diverso da 'CD-Contratto di donazione (art. 769 C.C.)'
BACQ06	ACQUISIZIONE	ALL	Data del contratto	Il campo "data_contratto" è obbligatorio se campo "data_primo_ord" non è valorizzato
BACQ07	ACQUISIZIONE	ALL	Data del primo ordine	Il campo "data_primo_ord" è obbligatorio se campo "data_contratto" non è valorizzato
BACQ07-BIS	ACQUISIZIONE	ALL	Motivo dell'incongruenza /Data del contratto/Data del primo ordine/	Il campo "motivo_inc_contratto_ordine" è obbligatorio se 'Data del contratto' maggiore della 'Data del primo ordine'
BACQ08	ACQUISIZIONE	ALL	Codice Identificativo Gara (CIG)	Il campo "cig" è obbligatorio , se la "Data del contratto" è maggiore o uguale a "01/11/2010 "
BACQ09	ACQUISIZIONE	ALL	Codice forma di negoziazione	Il campo "cod_forma_neg" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" diverso da 'CD-Contratto di donazione (art. 769 C.C.)'
BACQ10	ACQUISIZIONE	ALL	Codice ambito di valenza del contratto	Il campo "cod_abito_val" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" diverso da 'CD-Contratto di donazione (art. 769 C.C.)'
BACQ13	ACQUISIZIONE	ALL	Valore dell'apparecchiatura	Il campo "valore_app" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" diverso da 'CS-Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.)' e 'CO-Contratto di locazione/leasing operativo (artt. 1571-1654/1523 .C.C.)'
BACQ14-BIS	ACQUISIZIONE	ALL	Note di specificazione in caso di "Altro finanziamento"	Il campo "note_spec_altro_fin" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" = 'Altro'
BACQ15	ACQUISIZIONE	ALL	Importo della rata	Il campo "importo_rata_leasing" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'

Elenco Codici Errore

BACQ16	ACQUISIZIONE	ALL	Numero totale di rate	Il campo "num_tot_rate_leasing" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
BACQ17	ACQUISIZIONE	ALL	Tasso annuo di interesse	Il campo "tasso_annuo_leasing" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
BACQ18	ACQUISIZIONE	ALL	Rata iniziale	Il campo "rata_iniziale_leasing" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
BACQ19	ACQUISIZIONE	ALL	Quota finale di riscatto	Il campo "quota_riscatto" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
BACQ20	ACQUISIZIONE	ALL	Tipologie di prestazioni da contratto	Il campo "tip_prest_contratto_service" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.)'
BACQ21	ACQUISIZIONE	ALL	Quantità di prestazioni da contratto	Il campo "qt_prest_contratto_service" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.)'
BACQ26	ACQUISIZIONE	ALL	Durata della fornitura in mesi	Il campo "durata_fornitura_service" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.)'
BACQ27	ACQUISIZIONE	ALL	Costo globale del contratto di service	Il campo "costo_contr_service" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.)'
BACQ23	ACQUISIZIONE	ALL	Canone annuo	Il campo "canone_annuo_locaz" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CO-Contratto di locazione/leasing operativo (artt. 1571-1654/1523 .C.C.)'
BACQ24	ACQUISIZIONE	ALL	Codice Disponibilità apparecchiatura	Il campo "cod_disp_app_locaz" è obbligatorio se campo "cod_tip_contratto" ='CO-Contratto di locazione/leasing operativo (artt. 1571-1654/1523 .C.C.)'

Elenco Codici Errore

BACQ34	ACQUISIZIONE	ALL	Costi del Contratto di Manutenzione	Il campo "costi" è obbligatorio se i campi "cod_tipo_contr" e "durata" sono valorizzati
BACQ35	ACQUISIZIONE	ALL	Durata del contratto di manutenzione	Il campo "durata" è obbligatorio se i campi "cod_tipo_contr" e "costi" sono valorizzati
BACQ36	ACQUISIZIONE	ALL	Codice che identifica se le sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto sono limitate o illimitate	Il campo "cod_sost_tubo_rad" è obbligatorio se: - Tipo tecnologia = TAC - (CND - Z11030601-04) o SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02 02 01) o SISTEMI TAC/PET (CND Z 11 02 03 01) - Contratto di manutenzione stipulato al momento dell'acquisizione = sì - Tipo di contratto di manutenzione='Full risk'
BACQ37	ACQUISIZIONE	ALL	Numero di sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto	Il campo "num_sost_tubo_rad" è obbligatorio se "cod_sost_tubo_rad" = 'Limitate'
BATT01	ATTIVAZIONE	ALL	Motivazione incongruenza Data Primo Collaudo Data di Contratto	Il campo "mot_inc_coll_contr" è obbligatorio se "data_primo_collaudo" minore "data_contratto"
BATT02	ATTIVAZIONE	ALL	Motivazione incongruenza Data Primo Collaudo Data Dismissione	Il campo "data_primo_collaudo" deve essere minore della "data_dismissione"
BGEST01	GESTIONE	ALL	Codice che identifica se le sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto di manutenzione sono limitate o illimitate	Il campo "cod_sost_tubo_rad" è obbligatorio se: - Tipo tecnologia = TAC - (CND - Z11030601-04) o SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02 02 01) o SISTEMI TAC/PET (CND Z 11 02 03 01) - Tipo di contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione='Full risk'
BGEST02	GESTIONE	ALL	Numero di sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto di manutenzione stipulato	Il campo "num_sost_tubo_rad" è obbligatorio se: "cod_sost_tubo_rad" =Limitate

Elenco Codici Errore

			successivamente all'acquisizione	
BGEST03	GESTIONE	ALL	Data inizio contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Il campo "data_inizio" è obbligatorio se presente un contratto di manutenzione successivo all'acquisizione
BGEST04	GESTIONE	ALL	Data fine contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Il campo "data_fine" è obbligatorio se presente un contratto di manutenzione successivo all'acquisizione
BGEST05	GESTIONE	ALL	Durata del contratto di manutenzione stipulato a seguito dell'acquisizione (espressa in mesi)	Il campo "durata" è obbligatorio se presente un contratto di manutenzione successivo all'acquisizione
BGEST06	GESTIONE	ALL	Tipo di contratto di manutenzione stipulato a seguito dell'acquisizione	Il campo "cod_tipo_contratto" è obbligatorio se presente un contratto di manutenzione successivo all'acquisizione
BGEST07	GESTIONE	ALL	Costi annuali del contratto di manutenzione stipulato a seguito dell'acquisizione	Il campo "costi" è obbligatorio se presente un contratto di manutenzione successivo all'acquisizione

1.4 Tabella codici errori generici

Codice	Tipo dimensione	Tipo apparecchiatura	Descrizione	Dettaglio
GAPP01	APPARECCHIATURA	ALL	Apparecchiatura già presente per il numero inventario indicato	Il "cod_tipo_op" indica un'operazione errata - L'apparecchiatura che si vuole 'inserire' è già presente nell'inventario.

Elenco Codici Errore

GAPP02	APPARECCHIATURA	ALL	Apparecchiatura non è presente, impossibile eseguire la modifica	Il "cod_tipo_op" indica un'operazione errata - L'apparecchiatura che si vuole 'modificare/aggiornare' non è presente nell'inventario.
GAPP03	APPARECCHIATURA	ALL	Apparecchiatura non è presente, impossibile eseguire la cancellazione	Il "cod_tipo_op" indica un'operazione errata - L'apparecchiatura che si vuole 'eliminare' non è presente nell'inventario.
GAPP04	APPARECCHIATURA	ALL	La Regione in cui è localizzata l'apparecchiatura non corrisponde con la regione che sta trasmettendo.	Il "cod_reg" non corrisponde con la regione che sta effettuando la trasmissione.

Elenco Codici Errore

1.5 Tabella codici errori obbligatorietà

Codice	Tipo dimensione	Tipo Apparecchiatura	Descrizione	Dettaglio
OCAR01	CARATTERISTICHE	ALL	Codice Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	Il campo "num_rep" non è stato valorizzato
OCAR07	CARATTERISTICHE	ALL	Apparecchiatura Trasportata	Il campo "app_trasp" non è stato valorizzato
OCAR08	CARATTERISTICHE	ALL	Codice modalità di utilizzazione	Il campo "cod_mod_util" non è stato valorizzato
OCAR09	CARATTERISTICHE	ALL	Codice che identifica se l'apparecchiatura è usata o nuova	Il campo "cod_app_n_u" non è stato valorizzato
OCAR13	CARATTERISTICHE	ALL	Lavori di adeguamento in fase di acquisizione	Il campo "lav_adeq" non è stato valorizzato
OCAR14	CARATTERISTICHE	ALL	Interventi legati alla disinstallazione e allo smaltimento	Il campo "int_disis" non è stato valorizzato
OACQ01	ACQUISIZIONE	ALL	Codice provenienza dell'apparecchiatura acquisita	Il campo "cod_provenienza" non è stato valorizzato
OACQ31	ACQUISIZIONE	ALL	Durata garanzia (espressa in mesi)	Il campo "durata_garanzia" non è stato valorizzato
OATT01	ATTIVAZIONE	ALL	Data primo collaudo	Il campo "data_primo_collaudo" non è stato valorizzato
OGEST01	GESTIONE	ALL	Ore di disponibilità dell'apparecchiatura (media settimanale)	Il campo "ore_disponibilita" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

1.6 Tabelle codici errori per singole apparecchiature

1.6.1 Apparecchiatura TAC

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OTAC01	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà del numero di strati per singola rotazione	Il campo "num_strati" non è stato valorizzato
OTAC02	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà della presenza del tavolo porta paziente bariatrico	Il campo "tav_bar" non è stato valorizzato
OTAC03	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà del tempo di rotazione su 360° inferiore rispetto al tempo di rotazione standard	Il campo "tempo_rot" non è stato valorizzato
OTAC04	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà del numero di workstation post elaborazione	Il campo "num_work_post" non è stato valorizzato
OTAC05	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà della presenza di workstation post elaborazione "stand alone"	Il campo "work_post_stand" non è stato valorizzato
OTAC06	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà della presenza di workstation post elaborazione "client server"	Il campo "work_post_client" non è stato valorizzato
OTAC07	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà del numero di server associati all'apparecchiatura	Il campo "num_server" non è stato valorizzato
DTAC08	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Inserimento di un "codice tipo software" non conosciuto	Il campo "cod_tipo_software" è stato valorizzato con un codice che non è presente nell'insieme dei valori ammessi dall'Allegato G
OTAC18	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Errore di obbligatorietà della conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dicom3" non è stato valorizzato
OTAC20	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Mancato inserimento della presenza di iniettori angiografici e della relativa consolle di comando	Il campo "iniettori_angio" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
GTAC21	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation post elaborazione=1 ed i campi Workstation post elaborazione "stand alone"=SI e Workstation post elaborazione "client server"=SI	Se il campo Numero di workstation post elaborazione è valorizzato a 1 i campi Workstation post elaborazione "stand alone" e Workstation post elaborazione "client server" non possono essere entrambi valorizzati a "SI"
GTAC22	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC	Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation post elaborazione=1 ed i campi Workstation post elaborazione "stand alone"=NO e Workstation post elaborazione "client server"=NO	Se il campo Numero di workstation post elaborazione è valorizzato a 1 i campi Workstation post elaborazione "stand alone" e Workstation post elaborazione "client server" non possono essere entrambi valorizzati a "NO"

1.6.2 *Apparecchiatura PET*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OPET01	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Numero di anelli rivelatori	Il campo "cod_num_anelli" non è stato valorizzato
DPET01	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di dominio del Numero di anelli rivelatori	Il valore nel campo "cod_num_anelli" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato S
OPET02	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Numero totale dei cristalli	Il campo "cod_num_cristalli" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
DPET02	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di dominio del Numero totale dei cristalli	Il valore del campo "cod_num_cristalli" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato T
OPET03	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Laser per il posizionamento del paziente	Il campo "laser_posiz" non è stato valorizzato
OPET04	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del FOV esteso	Il campo "fov" non è stato valorizzato
OPET05	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Sistema di acquisizione PET	Il campo "cod_sis_acq_pet" non è stato valorizzato
DPET05	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Sistema di acquisizione PET	Il valore del campo "cod_sis_acq_pet" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato U
OPET06	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del Time of Flight	Il campo "time_flight" non è stato valorizzato
OPET07	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del numero strati per rotazione	Il campo "num_strati" non è stato valorizzato
OPET08	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà dell'RTP flat table per pianificazione del trattamento radioterapico	Il campo "rtp_flat_table" non è stato valorizzato
OPET09	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore obbligatorietà del Tempo di rotazione su 360° inferiore rispetto al tempo di rotazione standard	Il campo "tempo_rotazione" non è stato valorizzato
OPET10	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore obbligatorietà del sistema di sincronizzazione cardiaca	Il campo "sis_sinc_cardiaca" non è stato valorizzato
OPET11	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di obbligatorietà del sistema per il gating respiratorio	Il campo "sis_gating" non è stato valorizzato
OPET16	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore obbligatorietà sul campo relativo alla Possibilità di acquisizione in presenza di protesi metalliche	Il campo "acq_pres_protesi_met" non è stato valorizzato
OPET17	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore obbligatorietà dei Protocolli di acquisizione TAC/PET con utilizzo di mezzi di contrasto per tomografi computerizzati	Il campo "prot_acq_tac_pet" non è stato valorizzato
OPET18	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore obbligatorietà della Conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "cond_dcom3_cons_com" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OPET19	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	'Errore obbligatorietà Numero di workstation post elaborazione	Il campo "num_work_post" non è stato valorizzato
OPET20	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	'Errore obbligatorietà Workstation post elaborazione "stand alone"	Il campo "work_post_stand" non è stato valorizzato
OPET21	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	'Errore obbligatorietà Workstation post elaborazione "client server"	Il campo "work_post_client" non è stato valorizzato
OPET22	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	'Errore obbligatorietà Numero di server	Il campo "num_server" non è stato valorizzato
OPET32	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	'Errore obbligatorietà Conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dicom3_work_post" non è stato valorizzato
DPET12-15	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di dominio sul Software console di comando	Il valore nel campo "cod_soft_cons_com" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato V
DPET23-31	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di dominio sul codice tipologia software	Il valore nel campo "cod_tip_soft_work_post" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato Z
DPET33-40	CARATTERISTICHE	Sistemi TAC/PET	Errore di dominio sul Codice Altro Dispositivo associato	Il valore nel campo "cod_altro_disp_assoc" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AA

1.6.3 *Apparecchiatura ROB*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OROB01	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sulla presenza del visore per la riproduzione del campo operatorio tridimensionale	Il campo "visore_campo" non è stato valorizzato
OROB02	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sul numero di pedali della pedana	Il campo "num_pedali" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OROB03	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sulla presenza del controllo movimentazione endoscopio dalla pedana	Il campo "mov_endo_pedana" non è stato valorizzato
OROB04	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sulla presenza del controllo riposizionamento dei manipolatori dalla pedana	Il campo "ripos_manipol" non è stato valorizzato
OROB05	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sul numero di braccia totali del robot chirurgico	Il campo "num_bracci" non è stato valorizzato
DROB06- 12	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sul codice campo di applicazione	Il valore del campo "cod_campo_app" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato N
OROB13	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sul numero di monitor presenti	Il campo "num_monitor" non è stato valorizzato
OROB14	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sul numero di endoscopi disponibili	Il campo "num_endo" non è stato valorizzato
DROB15- 16	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sul codice del software della stazione di comando/controllo	Il valore nel campo "cod_tipo_soft_staz_com" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato O.1
OROB18- 20	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sul codice del software dell'eventuale seconda console di comando	Il valore nel campo "cod_tipo_soft_sec_cons" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato O.1
BROB18	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di business sulla presenza dell'eventuale seconda console di comando	Il campo "cod_tipo_soft_sec_cons" è obbligatorio se campo "seconda_consolle"='Si'
BROB19	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di business sulla presenza dell'eventuale seconda console di	Se il campo "seconda_consolle"='Si' il campo

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
			comando	"cod_tipo_soft_sec_cons" deve essere valorizzato
OROB17	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di una seconda console di comando/controllo	Il campo "seconda_console" non è stato valorizzato
OROB21	CARATTERISTICHE	Sistemi robotizzati per CHIRURGIA ENDOSCOPICA (ROB)	Errore di dominio sulla presenza di dispositivi chirurgici extra	Il campo "altri_dispo" non è stato valorizzato

1.6.4 *Apparecchiatura ACC*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OACC01	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà 'Fasci di fotoni / N° di livelli selezionabili	Il campo "numlivelli_fotoni" non è stato valorizzato
OACC02	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Fasci di elettroni / N° di livelli di energia selezionabili	Il campo "numlivelli_elettroni" non è stato valorizzato
OACC03	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Collimatore multilamellare MLC	Il campo "collimatore_MLC" non è stato valorizzato
OACC04	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Optional che consente di modificare la geometria del fascio	Il campo "geom_fascio" non è stato valorizzato
OACC05	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Tecniche di esame	Il campo "cod_tec_esame" non è stato valorizzato
DACC05-13	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di dominio Tecniche di esame	Il valore nel campo "cod_tec_esame" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato P
OACC06	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà 'Sistema di immagine portale ("Electronic Portal Imaging Device")	Il campo "cod_sistema_portale" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
DACC14	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di dominio Sistema di immagine portale ("Electronic Portal Imaging Device")	Il valore nel campo "cod_sistema_portale" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato Q
OACC07	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Sistema per il calcolo dei piani di trattamento	Il campo "server_calcolo_piani" non è stato valorizzato
OACC08	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà numero di workstation dedicate nel sistema per il calcolo dei piani di trattamento	Il campo "num_work_calcolo_piani" non è stato valorizzato
OACC09	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Server dedicato nel sistema di Record & Verify	Il campo "server_rec_verify" non è stato valorizzato
OACC10	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Numero di workstation dedicate nel sistema di Record & Verify	Il campo "num_work_rec_verify" non è stato valorizzato
OACC11	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Elenco Tipologie software per sistema di Record & Verify	Il campo "cod_tipologia_soft" non è stato valorizzato
DACC19-24	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di dominio del Codice tipologia software per sistema di Record & Verify	Il valore nel campo "cod_tipologia_soft" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato R
OACC12	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Connessione con RIS/PACS	Il campo "con_ris_pacs" non è stato valorizzato
OACC13	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dicom3" non è stato valorizzato
OACC14	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Workstation di elaborazione e controllo per tecniche IGRT	Il campo "work_igrt" non è stato valorizzato
OACC15	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di obbligatorietà Oggetti test per i controlli di qualità/Dosimetri	Il campo "ogg_test_dosim" non è stato valorizzato
OACC16	CARATTERISTICHE	ACCELERATORI LINEARI	Errore di Obbligatorietà Maschere di fissaggio	Il campo "maschera_fiss" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

1.6.5 *Apparecchiatura GTT*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OGTT01	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul numero delle testate	Il campo "num_testate" non è stato valorizzato
OGTT02	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sullo spessore dei cristalli della gamma camera	Il campo "cod_spe_cristalli" non è stato valorizzato
DGTT02	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio sullo spessore dei cristalli della gamma camera	Il valore nel campo "cod_spe_cristalli" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AC
OGTT03	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Fov	Il campo "fov" non è stato valorizzato
OGTT04	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Numero dei collimatori	Il campo "num_collimatori" non è stato valorizzato
OGTT05	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Codice acquisizione gamma camera	Il campo "cod_acq_gam" non è stato valorizzato
DGTT05	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Codice acquisizione gamma camera	Il valore nel campo "cod_acq_gam" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AD
OGTT06	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Numero di strati per singola rotazione	Il campo "num_strati" non è stato valorizzato
OGTT07	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Tempo di rotazione su 360°	Il campo "tempo_rot" non è stato valorizzato
DGTT08-19	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio sul Software Console di Comando	Il valore nel campo "cod_soft_cons_com" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AG
OGTT20	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dcom3_cons_com" non è stato valorizzato nel modo corretto

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OGTT21	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Numero di workstation post elaborazione	Il campo "num_wk_post" non è stato valorizzato
OGTT22	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di workstation post elaborazione "stand alone"	Il campo "wk_post_stand" non è stato valorizzato
OGTT23	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di workstation post elaborazione "client server"	Il campo "wk_post_client" non è stato valorizzato
OGTT24	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di obbligatorietà sul Numero di server	Il campo "num_server" non è stato valorizzato
DGTT25-35	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio sul Codice tipologia Software WorkStation post elaborazione	Il valore nel campo "cod_tip_soft_work_post" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AH
OGTT36	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio conformità completa allo standard DICOM 3 dei software di workstation	Il campo "conf_dcom3_work_pos" non è stato valorizzato
OGTT37	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio sulla presenza di iniettori angiografici	Il campo "iniettori_angio" non è stato valorizzato nel modo corretto
OGTT38	CARATTERISTICHE	Sistemi Tac/Gamma Camera (GTT)	Errore di dominio sul campo Monitor Ecg	Il campo "monitor_ecg" non è stato valorizzato

1.6.6 *Apparecchiatura GCC*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OGCC01	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sul codice applicazione clinica	Il campo "cod_app_clinica" non è stato valorizzato
DGCC01	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul codice applicazione clinica	Il valore nel campo "cod_app_clinica" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
				AB
OGCC02	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sul Numero delle testate	Il campo "num_testate" non è stato valorizzato
OGCC03	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sullo spessore cristallo	Il campo "cod_spe_cristalli" non è stato valorizzato
DGCC03	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sullo spessore cristallo	Il valore nel campo "cod_spe_cristalli" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AC
OGCC04	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sul Fov	Il campo "fov" non è stato valorizzato
OGCC05	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sul Numero dei collimatori	Il campo "num_collimatori" non è stato valorizzato
OGCC06	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di obbligatorietà sul Codice acquisizione gamma camera	Il campo "cod_acq_gam" non è stato valorizzato
DGCC06	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul Codice acquisizione gamma camera	Il valore nel campo "cod_acq_gam" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AD
DGCC07-18	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul Software Console di Comando	Il valore nel campo "cod_soft_cons_com" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AE
OGCC19	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio conformità completa allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dcom3_cons_com" non è stato valorizzato nel modo corretto
OGCC20	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul Numero di workstation post elaborazione	Il campo "num_wk_post" non è stato valorizzato
OGCC21	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sulla presenza di workstation post elaborazione "stand alone"	Il campo "wk_post_stand" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
OGCC22	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sulla presenza di workstation post elaborazione "client server"	Il campo "wk_post_client" non è stato valorizzato
OGCC23	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul Numero di server	Il campo "num_server" non è stato valorizzato
DGCC24-28	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul Codice tipologia Software WorkStation post elaborazione	Il valore nel campo "cod_tip_soft_work_post" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato AF
OGCC29	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio conformità completa allo standard DICOM 3 dei software di workstation	Il campo "conf_dcom3_work_pos" non è stato valorizzato
OGCC30	CARATTERISTICHE	Gamma camere computerizzate (GCC)	Errore di dominio sul campo Monitor Ecg	Il campo "monitor_ecg" non è stato valorizzato

1.6.7 *Apparecchiatura RMN*

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
ORMN01	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul codice tipologia tavolo portapaziente	Il campo "cod_tipo_tav_porta" non è stato valorizzato
DRMN01	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di dominio sul codice tipologia tavolo portapaziente	Il valore nel campo "cod_tipo_tav_porta" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato H
ORMN02	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul codice tipologia tavolo portapaziente HIFU	Il campo "tip_tav_porta_HIFU" non è stato valorizzato

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
DRMN_CT B	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul codice tipologia bobina	Il campo "cod_tipo_bobina" non è stato valorizzato
ORMN_CSTB	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul codice sottotipologia bobina	'Il campo "cod_sottotipo_bobina" non è stato valorizzato
DRMN_CSTB	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di dominio sul codice tipologia bobina	Il valore nel campo "cod_tipo_bobina" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato I
ORMN_CSTB	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di dominio sul codice sottotipologia bobina	Il valore nel campo "cod_sottotipo_bobina" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato L
ORMN21	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul Numero di workstation post elaborazione	Il campo "num_work_post" non è stato valorizzato
ORMN22	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di workstation post elaborazione "stand alone"	Il campo "work_post_stand" non è stato valorizzato
ORMN23	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di workstation post elaborazione "client server"	Il campo "work_post_client" non è stato valorizzato
ORMN24	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sul Numero di server	Il campo "num_server" non è stato valorizzato
DRMN25-36	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di dominio sul codice tipologia software	Il valore nel campo "cod_tipo_software" non è presente nell'insieme dei valori ammessi in Allegato M

Elenco Codici Errore

Codice	Tipo dimensione	Tipo configurazione	Descrizione	Dettaglio
ORMN37	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sulla conformità dei software di workstation allo standard DICOM 3	Il campo "conf_dicom3" non è stato valorizzato
ORMN38	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Errore di obbligatorietà sulla presenza di iniettori angiografici	Il campo "iniettori_angio" non è stato valorizzato
GRMN39	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation post elaborazione=1 ed i campi Workstation post elaborazione "stand alone"=SI e Workstation post elaborazione "client server"=SI	Se il campo Numero di workstation post elaborazione è valorizzato a 1 i campi Workstation post elaborazione "stand alone" e Workstation post elaborazione "client server" non possono essere entrambi valorizzati a "SI"
GRMN40	CARATTERISTICHE	Tomografia risonanza magnetica (RMN)	Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation post elaborazione=1 ed i campi Workstation post elaborazione "stand alone"=NO e Workstation post elaborazione "client server"=NO	Se il campo Numero di workstation post elaborazione è valorizzato a 1 i campi Workstation post elaborazione "stand alone" e Workstation post elaborazione "client server" non possono essere entrambi valorizzati a "NO"